

セレスキュー® バーコードの誤りに関するご連絡とお詫び

2021年 7月

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、セレスキューにつきましては、2021年3月31日をもって日本化薬株式会社（以下、日本化薬）との販売提携を終了し、2021年4月1日以降、アステラス製薬株式会社（以下、アステラス製薬）が販売し、医療機関への情報提供・収集を行っております。

これに伴い、移行期（アステラス製薬の新個装ケースが流通するまで）の対応として、従来品（製造販売 アステラス製薬 発売 日本化薬）の個装ケースにアステラス製薬のバーコードシールを貼付して納品しておりますが、GS1-128形式のバーコードを表示すべきところGS-1データバー拡張型で作成されていたため、バーコードを読み取れない事象が一部発生しております。

つきましては、下記のようにご対応賜りたく、よろしくお願い申し上げます。



皆様にはご迷惑をおかけすることになり、大変申し訳ございません。

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

アステラス製薬株式会社

記

製品名	ロット番号	ご対応方法
セレスキュー®	A001G01	<p>バーコードを読み取れない場合は、下記バーコードをご利用ください</p> 
	A002G01	<p>GS1バーコードシールに加え、GS1-128バーコードシールを貼付した製品として出荷しますので、GS1-128バーコードをご利用ください</p> 

※裏面をご覧ください



■変更品製造番号・出荷予定時期

製品名	包装	統一商品コード	GS1個装単位コード	変更品製造番号	出荷時期
セレスキュー®	1枚/1包	233106821	04987233106821	A001G01	出荷済み
				A002G01	2021年7月

■お問い合わせ先

アステラス製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター

フリーダイヤル 0120-189-371（土日・祝日・会社休日を除く9:00～17:30）

製品お問い合わせ HP：<https://amn.astellas.jp/>

以上